

 Universidad de Nariño	<b>OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> <b>CUADRO DE EVALUACIÓN</b>		Código: CYC-GEF-FR- 48
			Página: 1 de 3 Versión: 1 Vigente a partir de: 2016-02-01

**CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 3183151**

Modalidad: Menor Cuantía.

Objeto: "Adquirir equipos con destino al laboratorio de Bromatología del programa de Zootecnia."

El Comité de Selección, de acuerdo al cronograma contenido en los pliegos de condiciones procede a evaluar y publicar los resultados en cuento a la propuesta económica y valor agregado.

**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PARA EL LOTE 1 OFERTAN LOS SIGUIENTES PROPONENTES**

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	PUNTAJE		TOTAL PUNTOS
		PROPUESTA ECONOMICA	VALOR AGREGADO	
1	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	60,00	30	90
2	LAB BRANDS SAS	56,69	-	56,69

**OBSERVACIONES:**

**AVANTIKA COLOMBIA SAS.** En las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones se requiere "extractores con sifón que garantice la uniformidad en la extracción" y el proponente en las especificaciones técnicas visibles a folio 8 de su propuesta, no especifica que el equipo ofertado para el lote 1 cuenta con uniformidad en la extracción, por lo tanto se encuentra inmerso en la Causal de rechazo No. 16 la cual establece que "La propuesta será rechazada cuando no se cumplan los términos de referencia aquí previstos".

**NUEVOS RECURSOS SAS.** En las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones se requiere "extractores con sifón que garantice uniformidad en la extracción" y las especificaciones técnicas visibles a folio 79 de su propuesta, no permiten al Comité Técnico determinar si el equipo ofertado para el lote 1 cuenta con uniformidad en la extracción, por lo tanto se encuentra inmerso en la Causal de rechazo No. 16 la cual establece que "La propuesta será rechazada cuando no se cumplan los términos de referencia aquí previstos".



Universidad de  
Narino

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACION  
CUADRO DE EVALUACION

Código: CYC-GEF-FR- 48

Página: 2 de 3

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-02-01

PARA EL LOTE 2 OFERTARON LOS SIGUIENTES PROPONENTES

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	PUNTAJE		TOTAL PUNTOS
		PROPUESTA ECONOMICA	VALOR AGREGADO	
1	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	60,00	30	90

OBSERVACIONES:


**NUEVOS RECURSOS SAS.** En las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones se requiere "cámara de digestión de material anticorrosivo" y el proponente en las especificaciones técnicas visibles a folio 81 de su propuesta para el Lote 2, no oferta un equipo que cuente con esta cámara, por lo tanto se encuentra inmerso en la Causal de rechazo No. 16 la cual establece que "La propuesta será rechazada cuando no se cumplan los términos de referencia aquí previstos".

**LAB BRANDS SAS.** En las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones se requiere "cámara de digestión de material anticorrosivo" y el proponente en las especificaciones técnicas visibles a folios 14-16 de su propuesta para el Lote 2, no oferta un equipo que cuente con esta cámara, por lo tanto se encuentra inmerso en la Causal de rechazo No. 16 la cual establece que "La propuesta será rechazada cuando no se cumplan los términos de referencia aquí previstos".

PARA EL LOTE 3 OFERTARON LOS SIGUIENTES PROPONENTES

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	PUNTAJE		TOTAL PUNTOS
		PROPUESTA ECONOMICA	VALOR AGREGADO	
1	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	60,00	30	90
2	PURIFICACIÓN Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	59,06	0	59,06
3	LAB BRANDS SAS	59,99	0	59,99

OBSERVACIONES:

 <p>Universidad de Nariño</p>	<b>OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> <b>CUADRO DE EVALUACIÓN</b>	<p>Código: CYC-GEF-FR- 48</p> <p>Página: 3 de 3</p> <p>Versión: 1</p> <p>Vigente a partir de: 2016-02-01</p>
--	---	--

AVANTIKA COLOMBIA SAS. En las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones se requiere para el Módulo 2 del Lote 3.: Destilador de Nitrogeno Kjeldahl que cuente con las siguientes características "límite de detección 0,1 mg N, tasa de recuperación > 99,5% de N, reproducibilidad  $\pm 1\%$  de N" y el proponente en las especificaciones técnicas visibles a folio 14 de su propuesta, no especifica que el equipo ofertado para el Módulo 2 del Lote 3 cuenta con límite de detección 0,1 mg N, tasa de recuperación > 99,5% de N, y reproducibilidad  $\pm 1\%$  de N, por lo tanto se encuentra inmerso en la Causal de rechazo No. 16 la cual establece que "La propuesta será rechazada cuando no se cumplan los términos de referencia aquí previstos".

**NUEVOS RECURSOS SAS.** En las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones se requiere para el Módulo 2 del Lote 3.: Destilador de Nitrogeno Kjeldahl que cuente con las siguientes características "reproducibilidad  $\pm 1\%$  de N" y el proponente en las especificaciones técnicas visibles a folio 83 de su propuesta, no especifica que el equipo ofertado para el Módulo 2 del Lote 3 cuenta con una reproducibilidad de  $\pm 1\%$  de N, por lo tanto se encuentra inmerso en la Causal de rechazo No. 16 la cual establece que "La propuesta será rechazada cuando no se cumplan los términos de referencia aquí previstos".

**ANALYTICA SAS.** En las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos de condiciones se requiere para el Módulo 1 del Lote 3.: Digestor de Nitrogeno Kjeldahl que cuente con las siguientes características tubos de 100 ml " y el proponente en las especificaciones técnicas visibles a folio 238 de su propuesta, especifica que el equipo ofertado para el Módulo 1 del Lote 3 cuenta con tubos de 250 Ml, toda vez que no se ajustan a los requerimientos del pliego de condiciones e implican un gasto adicional de insumos para las pruebas. Lo cual no constituye una mejora, por lo tanto se encuentra inmerso en la Causal de rechazo No. 16 la cual establece que "La propuesta será rechazada cuando no se cumplan los términos de referencia aquí previstos".

Para constancia se firma por las partes que intervinieron,

Para constancia se firma por las partes que intervinieron,



**JOSE EDMUNDO APPEAREZ GUERRERO**  
 DOCENTE TIEMPO COMPLETO PROGRAMA DE ZOOTECNIA



**GLORIA SANDRA ESPINOSA NARVAEZ**  
 TÉCNICO LABORATORIO BROMATOLOGÍA Y ABONOS ORGÁNICOS

 Universidad de Maricao	<b>OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> <b>CUADRO DE EVALUACIÓN</b> Apoyo a la Industria Nacional		Código: CYC-GEF-FR- 48
			Página: 1 de 2 Versión: 1 Vigente a partir de: 2016-02-01

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 3183151  
 Modalidad: Menor Cuantía.

Objeto: "Adquirir equipos con destino al laboratorio de Bromatología del programa de Zootecnia."

El Comité de Selección conjuntamente con la Oficina de Compras y Contratación, de acuerdo al cronograma contenido en los pliegos de condiciones procede a evaluar únicamente y publicar los resultados en cuenta al factor ponderable denominado "Apoyo a la Industria Nacional"

**LOTE 1**

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	PUNTAJE	
1	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA		5
2	LAB BRANDS SAS		0

**LOTE 2**

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	PUNTAJE	
1	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA		5

 Universidad de Nariño	<b>OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b> <b>CUADRO DE EVALUACIÓN</b> Apoyo a la Industria Nacional	Código: CYC-GEF-FR- 48
		Página: 2 de 2 Versión: 1 Vigente a partir de: 2016-02-01

LOTE 3

Nº	NOMBRE DEL PROponente	PUNTAJE	
		APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	
1	TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA	5	
2	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS SAS	5	
3	LAB BRANDS SAS	0	

Para constancia se firma por las partes que intervinieron,

Para constancia se firma por las partes que intervinieron,

  
**JOSE EDMUNDO APRAEZ GUERRERO**  
 DOCENTE TIEMPO COMPLETO PROGRAMA DE ZOOTECNIA  
  
**LISSETH TORO ROBLES**  
 COORDINADORA OFICINA COMPRAS Y CONTRATACION

  
**GLORIA SANDRA ESPINOSA NARVAEZ**  
 TÉCNICO LABORATORIO BROMATOLOGIA Y ABONOS ORGANICOS  
  
**IVAN DAVID MARTINEZ MUÑOZ**  
 JUDICANTE OFICINA COMPRAS Y CONTRATACION