



Universidad de
Narino

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN EVALUACIÓN DE FACTORES PONDERABLES

Código: CYC-GEF-FR- 43

Página: 2 de 2

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-01-18

			hasta 75 mm. Distancia de trabajo de 110 mm. Campo visual de oculares de 23 mm. Oculares 11x/23 Luz Led reflejada, ablanca y transmitida (campo claro y campo oscuro). El equipo debe cumplir con las normas CE. UL, ISO9001. Debe contar con registro sanitario Invima.					
2	6	Microscopios	Objetivos acromáticos 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/R, 100 X/1.25/R - Aceite, condensador enfocable o precentrado de fábrica que garantice una correcta iluminación en todo el campo visual con todos los objetivos del microscopio, diagrama de iris y soporte de filtros, iluminación led brillante con control de intensidad.					

Se firma y aprueba en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2018.

SONIA XIMENA DELGADO JOJOA
Jefe Sección de Laboratorios

SONIA MAHECHA VAHOS
Docente Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

WILMER RENE SANGUINO
Docente Facultad de Ciencias Perpetuas